



REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA
OPŠTA BOLNICA "Đorđe Joanović"
Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5
Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204
Fax: (023) 564-104
PIB 105539565 matični broj: 08887535
Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10
E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs

Zrenjanin, 01.10.2019. god.

Del. broj: 13 - 2296

Na osnovu člana člana 16 Statuta Opšte bolnice »Đorđe Joanović« Zrenjanin, a prema Zakonu o javnim nabavkama (»Sl. Glasnik RS« broj 124/15, 14/15 i 68/15), dana 01.10.2019. godine

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin, dr Vase Savića br. 5, 23000 Zrenjanin

Upućuje:

POZIV ZA UČEŠĆE U OTVORENOM DIJALOGU

Pozivaju se svi potencijalni ponuđači, koji u svom prodajnom assortimanu poseduju laboratorijski aparat - automatski koagulometar, da se odazovu ovom pozivu i uzmu učešće u otvorenom dijalogu, koji se sprovodi isključivo u cilju prikupljanja informacija, ispitivanju tržišta i upoznavanja sa artiklima koji se odnose na gore navedena dobra, koje Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin koristi kao osnovno sredstvo za obavljanje delatnosti zdravstvene zaštite.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE AUTOMATSKOG KOAGULOMETRA

- Potpuno automatski aparat;
- Brzina je min. 150 testova/sat;
- Poseduje CLOT kanal na kome se automatski određuju: PT, fibrinogen, APTT, TT, faktori koagulacije, protein S, Lupus antikoagulans, rezistencija na aktivirani protein C (APCR V);
- Poseduje hromogeni kanal koji služi za određivanje: antitrombina, heparina, proteina C, α-2-antiplazmina (plazmin inhibitora) i plazminogena, homocisteina;
- Poseduje imunološki kanal: D- dimer, slobodni protein S, von Willebrand faktor i dr.;
- Mogućnost čuvanja podataka za veći broj pacijenata (min. 30.000 testova);
- Min. 40 mesta za uzorke;
- Min. 22 mesta za reagense;
- Poseduje senzore za precizno kontrolisanje nivoa aspirirane tečnosti, odnosno reagensa;
- Poseduje zvučna upozorenja;
- Mogućnost rada autorazblaženja i reflex testa;
- Mogućnost rada direktno sa primarnim epruvetama, odmah nakon centrifugiranja;
- Merni princip: koagulometrija, hromogeni supstrati i imunološki kanal;
- Random access pristup;
- Zadavanje hitnih analiza;
- Mogućnost formiranja i zadavanja profila analiza;
- Mogućnost zadavanja lozinki za pristup određenim funkcijama aparata;
- Touch screen kao olakšica u rukovanju;
- Izvedeni fibrinogen;
- Mogućnost skladištenja rezultata za veliki broj uzoraka;
- Mogućnost vođenja kontrolne karte;
- Bar code čitat za epruvete sa uzorcima;
- Mogućnost povezivanja sa centralnim kompjuterom i LIS;
- Mogućnost automatskog rada dodatnog testa u uzorku na osnovu dobijenog rezultata za zadati test.

Poziv za učešće u otvorenom dijalogu je otvoren do **07.10.2019. godine (PONEDELjAK)**. Lista potencijalnih ponuđača sa kojima će se obaviti dijalog, formiraće se prema redosledu prijava istih, putem e-mail-a nabavke.bolnicazr@gmail.com. Dijalog će se obavljati više dana, isključivo sa jednim ponuđačem po zakazanom terminu koje određuje ovlašćeno lice Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin. Predstavnici ponuđača koji će učestvovati u otvorenom dijalogu, dužni su da predaju pisano ovlašćenje za učešće u istom, izdato na memorandumu svoje firme, potpisano od strane ovlašćenog lica i overeno pečatom firme.

Predstavnici ponuđača koji će učestvovati u otvorenom dijalogu, tokom samog dijaloga mogu koristiti dokumenta bilo koje vrste, papirna ili digitalna, kataloge, prezentacije, brošure ili bilo koji drugi vid dokumentacije iz kojih se mogu videti podaci vezani za sam predmet, odnosno dobra koja su tema dijaloga.

Učešće u otvorenom dijalogu nije obavezno niti na bilo koji način isključivo. Potencijalni ponuđači nisu u obavezi da uzmu učešće u otvorenom dijalogu i neće biti ni na koji način diskriminisani u odnosu da ponuđače koji su učestvovali u procesu dijaloga.

S' poštovanjem,

Direktor O.B. «Đ. Joanović»

Zrenjanin

dr Tešić Ivana

